

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΙΔΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (μιας χρήσης)

1. Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό.
2. Να είναι για ενήλικες και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και την μύτη.
3. Να φέρουν ειδική επιρρίνια μεταλλική ή πλαστική ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.
4. Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής και να συνοδεύονται από ειδικό πλαστικό δακτύλιο ο οποίος εφαρμοζόμενος γύρω από την βαλβίδα venturi να μην επιτρέπει την απόφραξή τους.
5. Πρέπει να είναι μεγάλες έτσι ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη προσώπων.
6. Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.
7. Οι συσκευές να συνδέονται με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 20-22 mm περίπου και μήκους 15 – 17 cm. Να προσφέρεται με σωλήνα O₂ μήκους περίπου 210cm. Ο σωλήνας να περιλαμβάνεται στη συσκευασία και να είναι από υλικό που δεν τσακίζει.
8. Να έχουν διαφορετική βαλβίδα Venturi για διαφορετικά μείγματα οξυγόνου.
9. Κάθε βαλβίδα να είναι διαφορετικού χρώματος και να αναγράφεται ευκρινώς με ανεξίτηλα ή ανάγλυφα γράμματα η απαραίτητη ροή οξυγόνου για την εξασφάλιση του ζητούμενου μείγματος οξυγόνου. Οι βαλβίδες Venturi να καλύπτουν τις ανάγκες για χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστο για μείγματα 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% και 60%.
10. Η βαλβίδα να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων που να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου.
11. Ο σωλήνας οξυγόνου να έχει σημεία σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου και την βαλβίδα από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα την σύνδεση και αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.
12. Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο.
13. Να είναι latex-free
14. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τονίζεται ότι, προσφορές και είδη, πρέπει να είναι καλώς ταξινομημένα.

2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN XL) ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΣΚΕΣ)

1. Να είναι κατασκευασμένες από ατοξικό, μαλακό, διάφανο, ελαφρύ πλαστικό υλικό.
2. Η μάσκα να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομικό σχήμα
3. Να είναι για ενήλικες και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.
4. Να φέρουν ειδική επιρρίνια μεταλλική ή πλαστική ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.
5. Η συσκευή να συνδέεται με δοχείο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο θα λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής.
6. Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.
7. Το δοχείο νεφελοποίησης να κλείνει «βιδωτά » και να μην παρουσιάζει απώλειες.
8. Να έχει χωρητικότητα πάνω από 3 cc και να συνδέεται στα ροόμετρα με ειδικό σωλήνα μήκους τουλάχιστο 2 μέτρων.
9. Να παρέχει νεφέλη τα σταγονίδια της οποίας να είναι $\leq$ από 5 μm .
10. Ο σωλήνας παροχής οξυγόνου να επιδέχεται γωνίωση έως και 90° και τα σημεία σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίησης να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα την σύνδεση και αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.
11. Να είναι latex-free.
12. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.
13. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τονίζεται ότι, προσφορές και είδη, πρέπει να είναι καλώς ταξινομημένα.

3. ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN L) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ

1. Να είναι κατασκευασμένες από ατοξικό , μαλακό, διάφανο, ελαφρύ πλαστικό υλικό.
2. Η μάσκα να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομικό σχήμα.
3. Να είναι για παιδιατρική και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.
4. Να φέρουν ειδική επιρρίνια μεταλλική ή πλαστική ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.
5. Η συσκευή να συνδέεται με δοχείο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο θα λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής.
6. Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.
7. Το δοχείο νεφελοποίησης να κλείνει «βιδωτά » και να μην παρουσιάζει απώλειες.

8. Να έχει χωρητικότητα πάνω από 3 cc και να συνδέεται στα ροόμετρα με ειδικό σωλήνα μήκους τουλάχιστο 2 μέτρων.
9. Να παρέχει νεφέλη τα σταγονίδια της οποίας να είναι $\leq$ από 5 μm .
10. Ο σωλήνας παροχής οξυγόνου να επιδέχεται γωνίωση έως και 90° και τα σημεία σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίησης να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα την σύνδεση και αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.
11. Να είναι latex-free.
12. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.
13. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τονίζεται ότι, προσφορές και είδη, πρέπει να είναι καλώς ταξινομημένα.

4. ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ LEVIN

N° 4 ΉΩΣ N° 5

1. Η λαρυγγική μάσκα να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό, με δυνατότητα πολλών χρήσεων.
2. Να έχει καλή εφαρμογή στον ασθενή.
3. Το υλικό κατασκευής να είναι υποαλλεργικό (σιλικόνη υψηλής ποιότητας).
4. Να υπάρχει σωλήνας πλήρωσης cuff.
5. Ο αεροθάλαμος να είναι ενισχυμένος επιτρέποντας τη χρήση αερισμού με θετική πίεση έως $40\text{cmH}_2\text{O}$
6. Να είναι ατραυματική.
7. Να είναι latex-free.
8. Να αναφέρεται ευκρινώς το νούμερο της μάσκας.
9. Επιπροσθέτως πρέπει να διατίθεται με δεύτερο σωλήνα για τοποθέτηση Levin.
10. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.
11. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Σε όλα τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν δείγματα, με εξαίρεση δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν. Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

5. ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΙΣΠΝΟΩΝ (AEROCHAMBER)

1. Ο αεροθάλαμος να έχει χωρητικότητα 150ml (περίπου)
2. Να είναι διάφανος και αντιστατικός
3. Να διαθέτει διάφραγμα μειωμένης αντίστασης
4. Να διαθέτει δείκτη εισπνοών
5. Να διαθέτει μάσκα σιλικόνης, Non latex, αντιαλλεργική
6. Να διαθέτει υποδοχή γενικής χρήσης pMDI
7. Βαλβίδα εκπνοής
8. Να είναι εύκολα πλενόμενος
9. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως.
10. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τονίζεται ότι, προσφορές και είδη, πρέπει να είναι καλώς ταξινομημένα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση κοινοποιημένου Οργανισμού.
3. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Σε όλα τα ειδή θα πρέπει να παραδοθούν δείγματα, με εξαίρεση δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν. Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.
4. Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τονίζεται ότι, προσφορές και είδη, πρέπει να είναι καλώς ταξινομημένα
5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. Η κάλυψη των αναγκών για **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (μιας χρήσης)** του ΓΝ Άρτας για ένα έτος αντιστοιχεί σε 3000 τεμ. Τελευταία τιμή τεμαχίου 0,44 + ΦΠΑ 24%. Συνολική δαπάνη για ένα έτος **1636,80 €** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Η κάλυψη των αναγκών για του ΓΝ Άρτας για **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN XL) ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΣΚΕΣ)** ένα έτος αντιστοιχεί σε 6000 τεμ. Τελευταία τιμή τεμαχίου 0,337 + ΦΠΑ 24%. Συνολική δαπάνη για ένα έτος **2507.28 €** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
3. Η κάλυψη των αναγκών για **ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΜΑΣΚΕΣ) ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN L) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ** του ΓΝ Άρτας για ένα έτος αντιστοιχεί σε 700 τεμ. Τελευταία τιμή τεμαχίου 0,337 + ΦΠΑ 24%. Συνολική δαπάνη για ένα έτος **292.52 €** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Η κάλυψη των αναγκών για **ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ LEVIN N^ο 4 ΚΑΙ N^ο 5** του ΓΝ Άρτας για ένα έτος αντιστοιχεί σε 10 τεμ. Αναλυτικά: **N^ο 4 = 5 ΤΕΜ, N^ο 5 = 5 ΤΕΜ,** Τελευταία τιμή τεμαχίου 178 + ΦΠΑ 24%. Συνολική δαπάνη για ένα έτος **2207,20 €** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Η κάλυψη των αναγκών για **ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΙΣΠΝΟΩΝ (AEROCHAMBER)** του ΓΝ Άρτας για ένα έτος αντιστοιχεί σε 10 τεμ. Τελευταία τιμή τεμαχίου 15 + ΦΠΑ 24%. Συνολική δαπάνη για ένα έτος **186 €** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24 %	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ
1	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (μιας χρήσης)	ΤΕΜΑΧΙΟ	3000	0,44	1.320,00	316,80	1.636,80€
2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN XL) ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΜΑΣΚΕΣ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	6000	0,337	2.022,00	485,28	2.507,28€
3	ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΜΑΣΚΕΣ) ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN L) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	700	0,337	235,90	56,616	292,516€
4	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ LEVIN N ^ο 4 ΚΑΙ N ^ο 5 Αναλυτικά: N ^ο	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	178,00	1.780,00	427,20	2.207,20€

	4 = 5 ΤΕΜ, Ν ^ο 5 = 5 ΤΕΜ						
5	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΕΙΣΠΝΟΩΝ (AEROSHAMBER)	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	15,00	150,00	36,00	186,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				5.507,90€	1.321,90€	6.829,80€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 5.507,90€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 6.829,80€