

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) MONITOR ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμός προμήθειας: 1.400,00€+ Φ.Π.Α. (1.736,00€) συμπερ. Φ.Π.Α. , (CPV:33100000-1) ιατρικές συσκευές

1. Το μόνιτορ με το οποίο συνδέεται η μάσκα να διαθέτει μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη.
2. Το μόνιτορ είναι συμβατό με τη βιντεολαρυγγική μάσκα.
3. Να προσφέρει διεγχειρητική παρακολούθηση της γλωττίδας για κάθε περίπτωση παλινδρόμησης και για μείωση της εισρόφησης.
4. Να οδηγεί την τραχειακή διασωλήνωση κάτω από ορατές συνθήκες, με ασφάλεια και άνεση.
5. Το μόνιτορ να διαθέτει οθόνη αφής 8 ιντσών με ανάλυση 1024*768.
6. Το μόνιτορ να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης φωτογραφιών και βίντεο μέσω ειδικού κομβίου.
7. Να διαθέτει μνήμη : 32G.
8. Να έχει την δυνατότητα εργασίας χωρίς τροφοδοσία : > 3 ώρες .
9. Να διαθέτει βάθος πεδίου (ορατότητα) : 3-100mm.
10. Να διαθέτει γωνία θέασης : 90 μοίρες .
12. Να προσφερθεί και από μία μάσκα από το κάθε μέγεθος που διατίθεται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές να συνοδεύονται με φύλλο συμμόρφωσης, με αναλυτικές παραπομπές ανά παράγραφο σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των εντύπων του κατασκευαστικού οίκου. Ασάφειες και αοριστίες ως προς τις παραπομπές για τεκμηρίωση, συνεπάγονται απόρριψη της προσφοράς. Τυχόν παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή γίνονται αποδεκτές μόνο για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια και αν κατατίθενται χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, θα θεωρούνται αοριστίες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

2. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

3. Θα πρέπει απαραίτητως να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark 93/42/ EN ISO 15883), και πρότυπα ασφαλείας σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς απολύμανσης.

4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

6. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για μία δεκαετία. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

7. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών.

8. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Τεχνικό προσωπικό, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Νοσοκομείο, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον φορέα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

9. Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

Προϋπολογισμός προμήθειας: 1.400,00€+ Φ.Π.Α. (1.736,00€) συμπερ. Φ.Π.Α. , (CPV:33100000-1) ιατρικές συσκευές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΚΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

3. ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Dr Γεώργιος Ε. Παπακίτσος
Διευθυντής
Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Άρτας
ΑΜΚΑ : 29067402072
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 98299

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΙΟΥ
15 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΠΑΝΟΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ