



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
& ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Προϊστάμενος: Α. Μιχάλης

Αρτα 17 Μαρτίου 2026
Αριθμ. Πρωτ.

Διεύθυνση : Λόφος Περάνθης
ΤΚ : 47100
Τηλέφωνο : 2681361507
Εσωτερικό Τηλ. : 1507
Πληροφορίες : Α. Μιχάλης
E-mail : michalisa@gnartas.gr

ΠΡΟΣ:



ΚΟΙΝ:



ΘΕΜΑ : «Τεχνικές προδιαγραφές στατώ για αντλίες έγχυσης».

ΣΧΕΤ :

- Να είναι βαρέως τύπου για ανάρτηση συσκευών (αντλίες) έγχυσης υγρών.
- Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Να είναι αυξομειούμενου ύψους από 130 (+-10) έως 210 (+-10) cm μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα.
- Να φέρει τουλάχιστο 2 ανοξείδωτους γάντζους ανάρτησης ορών.
- Να φέρει ανοξείδωτη, τροχήλατη 5ακτινη βάση με διπλούς αντιστατικούς τροχούς με δυνατότητα ασφάλισης (να σταθεροποιούνται).
- Η ακτίνα της βάσης να έχει διάμετρο τουλάχιστο 50cm.
- Το μέγιστο βάρος ανάρτησης να είναι τουλάχιστο 10Kg.

-Ο-

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Ν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΜΑ & ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ