

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ (MANIFOLDS) 3 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3- way σε σειρά, με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200 cm από πολυαιθυλένιο με διατομή αυλού 2,5X4,1 mm. Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. Ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης, περίπου 0,05 ml (να δοθούν στοιχεία) β) εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση , τουλάχιστον 300 ml/min δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά τη σύνδεση τους με άκρο Luer

MINI ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ . Το σετ να περιέχει:

A. σύριγγα ελαφριάς ολίσθησης για τον εντοπισμό του επισκληρίδιου χώρου

B. βελόνη επισκληριδίου χώρου 1,3X80χιλ, 18G x3 ¼ τύπου TUOHY

Γ. Καθετήρα επισκληριδίου

Δ. εξαρτήματα σύνδεσης του καθετήρα με το φίλτρο

Ε. Φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας

Ο Καθετήρας να είναι ακτινοσκοπιώδης, να έχει κλειστό άκρο και 3 ζεύγη παράπλευρων οπών. Να είναι κατασκευασμένος από πολυαμίδιο επικαλυμμένος από πολυουρεθάνη και να έχει μήκος 1000χιλ η σύριγγα ελαφριάς ολίσθησης να επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό του επισκληριδίου χώρου και να είναι εύχρηστη. Το εξάρτημα σύνδεσης του καθετήρα με το φίλτρο να κομπώνει με τον καθετήρα, δίνοντας σαφή αίσθηση της στερέωσης το σε αυτό και διασφαλίζοντας έτσι ότι ο καθετήρας δεν έχει περισφικθεί. Επισκληρίδιο επίπεδο φίλτρο 0,2 μm με αντοχή στις πιέσεις έως 7 bar. Κίτρινη σήμανση αυτοκόλλητου επισκληριδίου καθετήρα.