

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠ'Ο ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22F. ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΠΑΛΟΝΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 10ML. Ο ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 3MM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 10MM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΦΑΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠ'Ο ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22F. ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΠΑΛΟΝΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 10ML. Ο ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 3MM ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 10MM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ.ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΦΑΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ.

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ Προκειμένου να αποζημιωθεί το Νοσοκομείο μας από τον ΕΟΠΥ για τα συγκεκριμένα είδη και σύμφωνα με τον “Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας” (ΦΕΚ 4898/τ.Β/1-11-18 άρθρο 47, παρ.) πρέπει το είδος να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (**barcode**) με τον αριθμό EAN του προϊόντος και την ονομασία του, να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-darg του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητά του}.